

Ao
Centro de Especialidades Odontológicas
Secretaria Municipal de Saúde

Processo nº 6846/2021.

Pregão Eletrônico nº 023/2022.

Objeto: Constituição de sistema de Registro de Preços para eventual aquisição futura de material odontológico utilizado em todos os serviços municipais de saúde do Município de Amparo/SP, conforme Edital e Anexos.

Encaminho os autos do referido processo licitatório contendo os documentos técnicos e amostra (exigidos nos subitens 4.7 e 4.8, respectivamente no edital) das empresas classificadas em primeiro lugar na Oferta de Compra nº 816800801002022**OC00011**.

Diante disso, solicito a devida análise de conformidade dos documentos técnicos e da amostra em face das exigências editalícias e, **solicito manifestação formalizada através de parecer sobre a aprovação ou reprovação dos documentos e da amostra, devidamente assinada pelo responsável.**

Certo da sua colaboração, ensejo meus agradecimentos.

Amparo, 06 de abril de 2022.



Julio César
PREGOEIRO

Amparo, 19 de Abril de 2022

A/C

Júlio César

Análise das amostras

Pregão nº 023 / 2022

Processo 6846 / 2021

Ítems Fracassados: 08, 09, 11, 12, 20, 33, 36 e 51

OC816800801002022OC00011

Ítem 1 - Adesivo para esmalte e dentina - REPROVADO.

Documentação técnica - Não apresentou

Amostra - Não apresentou.

Ítem 2 – Agulha gengival curta - APROVADO.

Documentação técnica - OK

Amostra - Em conformidade com as especificações do termo de referência.

Ítem 3 – Agulha gengival longa - APROVADO.

Documentação técnica - OK

Amostra - Em conformidade com as especificações do termo de referência.

Ítem 4 – Avental impermeável 50G, manga longa, tam. G - REPROVADO

Amostra - Não compatível com o termo de referência relativo à impermeabilidade do tecido

Ítem 5 – Avental odontológico de chumbo infantil - REPROVADO

Documentação técnica - Não apresentou

Amostra - Não apresentou.

Ítem 6 – Avental capote não impermeável - APROVADO

Documentação técnica - OK

Amostra - Em conformidade com as especificações do termo de referência.

Ítem 7 - Babador descartável em TNT - REPROVADO

Documentação técnica - Não apresentou

Amostra - Não apresentou.

Ítem 10 - Blister com 06 limas Reciproc R40 - 25 mm - REPROVADO

Documentação técnica - OK

Amostra - Não apresentou.

Ítem 13 - Campo fenestrado estéril 30G - REPROVADO

Amostra - Não apresentou amostra

Ítem 14 - Caneta de alta rotação - REPROVADO

Amostra - Em desconformidade com o termo de Referência - Tempo de garantia menor que o solicitado

Ítem 15 - Carbono para articulação - REPROVADO

Amostra - Não apresentou amostra

Ítem 16 - Cimento de ionomero de vidro para cimentação - REPROVADO

Amostra - Não apresentou amostra

Ítem 17 - Cimento de ionomero de vidro radiopaco para restaurações - Líquido - REPROVADO

Amostra - Em desconformidade com o termo de referência - volume da embalagem

Ítem 18 - Cimento de ionomero de vidro para restauração cor A3 pó - REPROVADO

Amostra - Em desconformidade com o termo de referência - volume da embalagem

Ítem 19 - Cimento de ionomero de vidro restauração cor A1 pó - REPROVADO

Amostra - Não apresentou amostra

Ítem 21 - Cimento para obturação temporária - REPROVADO

Amostra - Não apresentou amostra

Ítem 22 - Cimento reparador MTA branco - REPROVADO

Documentação técnica - Ok

Amostra - Em desconformidade com o termo de referência - Composição

Ítem 23 - Contra-ângulo - REPROVADO

Amostra - Tempo de garantia menor que o solicitado.

Ítem 24 - Cunha de madeira - Em desacordo com o edital - REPROVADO

Documentação técnica - Ok

Amostra - Em desconformidade com o termo de referência

Ítem 25 - Curativo alveolar - REPROVADO

Documentação técnica - OK

Amostra - Não apresentou amostra.

Ítem 26- Disco de acabamento e polimento dental sortido - REPROVADO

Amostra - Não apresentou amostra

Ítem 27 - Fio de sutura seda agulhado 3-0 - REPROVADO

Documentação técnica - Não apresentada

Amostra - Não apresentada

Ítem 28 - Fio de sutura seda agulhado 4-0 - REPROVADO

Documentação técnica - Não apresentada

Amostra - Não apresentada

Ítem 29 - Fio de sutura mononylon 3-0, 45 cm - REPROVADO

Documentação técnica - Não apresentada

Amostra - Não apresentada

Ítem 30 - Fio de sutura mononylon 4-0, 45 cm - REPROVADO

Documentação técnica - Não apresentada

Amostra - Não apresentada

Ítem 31 - Fio de sutura mononylon 5-0, 45 cm - REPROVADO

Documentação técnica - Não apresentada

Amostra - Não apresentada

Ítem 32 - Fio para retração gengival - REPROVADO

Documentação técnica - Ok

Amostra - Em desconformidade com o termo técnico - Quantidade menor que a solicitada

Ítem 34 - Lençol de borracha - APROVADO

Documentação técnica - OK

Amostra - Em conformidade com as especificações do termo de referência.

Ítem 35 - Liga esférica para amálgama em cápsula - REPROVADO

Documentação técnica - Não apresentada

Amostra - Não apresentada

Ítem 37 - Máscara cirúrgica tripla com filtro e descartável - REPROVADO

Documentação técnica - Ok

Amostra - Em desconformidade com o termo técnico - Apresentada fora da embalagem original

Ítem 38 - Matriz de aço 0,5mm - REPROVADO

Documentação técnica - Não apresentada

Amostra - Não apresentada

Ítem 39 - Matriz de aço 0,7mm - REPROVADO

Documentação técnica - Não apresentada

Amostra - Não apresentada

Ítem 40 - Micro motor - REPROVADO

Amostra - Tempo de garantia menor que o solicitado.

Ítem 41 - Ponta Reta - REPROVADO

Amostra - Tempo de garantia menor que o solicitado.

Ítem 42 - Pote Dappen silicone - REPROVADO

Documentação técnica - Não apresentada

Amostra - Não apresentada

Ítem 43 - Protetor de tiroide par adulto - APROVADO

Documentação técnica - OK

Amostra - Em conformidade com as especificações do termo de referência

Ítem 44 - Resina micro híbrida A1 - APROVADO

Documentação técnica - Ok

Amostra - Em conformidade com o termo de referência

Ítem 45 - Resina micro híbrida A2 - APROVADO

Documentação técnica - Ok

Amostra - Em conformidade com o termo de referência -

Ítem 46 - Resina micro híbrida A3 - APROVADO

Documentação técnica - Ok

Amostra - Em conformidade com o termo de referência -

Ítem 47 - Resina micro híbrida A3,5 - APROVADO

Documentação técnica - Ok

Amostra - Em conformidade com o termo de referência -

Ítem 48 - Resina composta universal dentina - REPROVADO

Documentação técnica - Ok

Amostra - Não apresentou amostra

Ítem 49 - Respirador descartável dobrável PPF2 - APROVADO

Documentação técnica - Ok

Amostra - Em conformidade com o termo de referência

Ítem 50 - Seringa tipo Centrix - APROVADO

Documentação técnica - Ok

Amostra - Em conformidade com o termo de referência

Ítem 52 - Spray refrigerante para teste de vitalidade - REPROVADO

Documentação técnica - Ok

Amostra - Em desconformidade com o termo de referência - Aroma

Ítem 53 - Tira de lixa de polimento e acabamento - APROVADO

Documentação técnica - Ok

Amostra - Em conformidade com o termo de referência

Ítem 54 - Touca cirurgica descartável sanfonada 40G - - REPROVADO

Amostra - Em desconformidade com o termo de referência - 20G

OC816800801002022OC00012

Ítem 01 - Protetor facial (Face Shield) - REPROVADO

Amostra - Não apresentou amostra


Marcelo Bonjuani Pagan
Coordenador - CEO

Amparo, 20 de Abril de 2022

A/C

Júlio César

Retificação de análise das amostras

Pregão nº 023 / 2022

Processo 6846 / 2021

Sr. Pregoeiro,

Após reanálise das amostras referentes ao pregão supra, solicitamos que reconsidere as análises do item 48, uma vez que a amostra está em conformidade com o termo de referência no edital.


Marcelo Bonjavan Pagan
Coordenador CEO

Ao
Centro de Especialidades Odontológicas
Secretaria Municipal de Saúde

Processo nº 6846/2021.

Pregão Eletrônico nº 023/2022.

Objeto: Constituição de sistema de Registro de Preços para eventual aquisição futura de material odontológico utilizado em todos os serviços municipais de saúde do Município de Amparo/SP, conforme Edital e Anexos.

Encaminho os autos do referido processo licitatório contendo os documentos técnicos e amostra (exigidos nos subitens 4.7 e 4.8, respectivamente no edital) das empresas classificadas em primeiro lugar na Oferta de Compra nº 816800801002022OC00011.

Diante disso, solicito a devida análise de conformidade dos documentos técnicos e da amostra em face das exigências editalícias e, **solicito manifestação formalizada através de parecer sobre a aprovação ou reprovação dos documentos e da amostra, devidamente assinada pelo responsável.**

Certo da sua colaboração, ensejo meus agradecimentos.

Amparo, 20 de abril de 2022.



Julio César
PREGOEIRO

Amparo, 26 de Abril de 2022

A/C

Júlio César

Análise das amostras - 2ª chamada

Pregão nº 023 / 2022

Processo 6846 / 2021

OC816800801002022OC00011

Ítem 01 - Adesivo para esmalte e dentina - APROVADA

Documentação técnica - Ok

Amostra - Em conformidade com as especificações do termo de referência.

Ítem 21 - Cimento para obturação temporária - APROVADA

Documentação técnica - Ok

Amostra - Em conformidade com as especificações do termo de referência.

Ítem 22 - Cimento Reparador MTA Branco - REPROVADA

Documentação técnica - Ok

Amostra - Não apresentou amostra

Ítem 25 - Curativo alveolar - REPROVADA

Documentação técnica - Ok

Amostra - Em desconformidade com as especificações do termo de referência -
Composição em desacordo com o edital

Ítem 27 - Fio de sutura de seda agulhado 3-0 - REPROVADA

Documentação técnica - Ok

Amostra - Em desconformidade com as especificações do termo de referência - Agulha
sem estrias

Ítem 28 - Fio de sutura de seda agulhado 5-0 - REPROVADA

Documentação técnica - Ok

Amostra - Em desconformidade com as especificações do termo de referência - Agulha
sem estrias

Ítem 32 - Fio para retração gengival - REPROVADA

Documentação técnica - Ok

Amostra - Em desconformidade com as especificações do termo de referência -
conteúdo da embalagem diferente.

Ítem 35 - Liga para amálgama - REPROVADA

Documentação técnica - Ok

Amostra - Não apresentou amostra

Ítem 37 - Máscara cirúrgica tripla c/ filtro e descartável - APROVADA

Documentação técnica - Ok

Amostra - Em conformidade com as especificações do termo de referência.

Ítem 54 - Touca cirúrgica descartável sanfonada - REPROVADA

Documentação técnica - Ok

Amostra - em desconformidade com o termo de referência - Não informou a gramatura


Marcelo Bonjuani Pagan
Coordenador - CEO

Amparo, 02 de Maio de 2022

A/C

Júlio César

Análise das amostras - 2ª chamada

Pregão nº 023 / 2022

Processo 6846 / 2021

OC816800801002022OC00011

Ítem 04 - Avental impermeável gramatura 50 - REPROVADA

Documentação técnica - Ok

Amostra - Não compatível com o termo de referência relativo à impermeabilidade do tecido

Ítem 06 - Avental/Capote não impermeável, gramatura 40 - APROVADA

Documentação técnica - Ok

Amostra - Em conformidade com as especificações do termo de referência.


Marcelo Bonjanni Pagan
Coordenador - CEO

Amparo, 04 de Maio de 2022

A/C

Júlio César

Análise das amostras - 2ª chamada

Ítems: 14, 15, 17, 19, 23, 26, 29, 30, 31, 38, 39, 40, 41 e 42

Pregão nº 023 / 2022

Processo 6846 / 2021

OC816800801002022OC00011

Ítem 14 - Caneta de alta rotação - APROVADA


Documentação técnica - Ok

Amostra - Em conformidade com o termo de referência

Ítem 15 - Carbono para articulação - REPROVADA - In Dental

Documentação técnica - Ok

Amostra - Em desconformidade com o termo de referência - 12 micras - Apresentou amostra com 100 micras


Julio César
Agente Administrativo

Ítem 17 - Cimento de Ionômero de vidro - Líquido - APROVADA

Documentação técnica - Ok

Amostra - Em conformidade com o termo de referência

Ítem 19 - Cimento de Ionômero de vidro - Pó - APROVADA

Documentação técnica - Ok

Amostra - Em conformidade com o termo de referência

Ítem 23 - Contra Angulo - REPROVADA - In Dental

Documentação técnica - Ok

Amostra - Em desconformidade com o termo de referência - máximo de 13600 RPM

Apresentou amostra 25000 rpm

Ítem 26 - Disco de acabamento - APROVADA

Documentação técnica - Ok

Amostra - Em conformidade com o termo de referência

Ítem 29 - Fio de sutura mononylon 3.0 - APROVADA

Documentação técnica - Ok

Amostra - Em conformidade com o termo de referência

Ítem 30 - Fio de sutura mononylon 4.0 - APROVADA

Documentação técnica - Ok

Amostra - Em conformidade com o termo de referência


Julio César
Agente Administrativo

SMS SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE

CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS

Ítem 31 - Fio de sutura mononylon 5.0 - APROVADA

Documentação técnica - Ok

Amostra - Em conformidade com o termo de referência

Ítem 38 - Matriz de aço 05 mm - APROVADA

Documentação técnica - Ok

Amostra - Em conformidade com o termo de referência

Ítem 39 - Matriz de aço 07 mm - APROVADA

Documentação técnica - Ok

Amostra - Em conformidade com o termo de referência

Ítem 40 - Micro motor - REPROVADA - In Dental

Documentação técnica - Ok

Amostra - Em desconformidade com o termo de referência - Rotação de 5000 - 20000 rpm - apresentou amostra 3000 - 25000 rpm

Ítem 41 - Ponta Reta - REPROVADA - In Dental

Documentação técnica - Ok

Amostra - Em desconformidade com o termo de referência - Máxima de 12400 rpm - apresentou amostra máxima 25000 rpm

Ítem 42 - Pote Dappen - APROVADA

Documentação técnica - Ok

Amostra - Em conformidade com o termo de referência


Marcelo Bonjorno Pagan
Coordenador - CEO