

Proc. Nº	
Folha Nº	
(A)	

Pregão Eletrônico: 012/2023

Processo: 14432/2022

Objeto: "Constituição de sistema de Registro de Preços para eventual aquisição futura tiras para teste

de glicemia e lancetas descartáveis pelo período de 12 (doze) meses, conforme Edital e Anexos"

PEDIDO ESCLARECIMENTO

No descritivo consta:

Lanceta descartável 28G para punção digital em aço inox, bisel trifacetado embutido firmemente em corpo plástico, com tampa protetora de fácil remoção e que proteja a lanceta após o uso. Embalagem resistente que garanta a integralidade do produto até o momento do uso, trazendo externamente dados de fabricação, Esterilização e precedência: Esterilizada por raios gama. O lancetador deverá ser doado, uma unidade para cada 200 lancetas. Características do lancetador : mínimo de 5 níveis de regulagem de perfuração e mecanismo de auxilio do descarte da lanceta evitando, assim contato manual após o uso.

Ou seja, trata-se de lancetas para uso com LANCETADOR.

Ocorre que as Lancetas com agulha 28G são na verdade, LANCETAS DESCARTAVEIS DE SEGURANÇA, CONFORME NR 32.

As Lancetas que se utilizam de LANCETADORES, são com agulhas 30G.

RESPSOTA

O descritivo será mantido.

Amparo 13 de fevereiro de 2023.